

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. június 19-én tartandó ülésére
**a járóbeteg szakellátás működtetéséhez eszközbeszerzés jóváhagyása és fedezet
biztosítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Járóbeteg Szakellátó Intézmény vezetője eszközbeszerzésre vonatkozó kérelmet nyújtott be, amelyben leírta, hogy a járóbeteg szakellátás átvételét követően szembesültek azzal, hogy a laboratóriumban található EasyLyte Na/K ion mérő automata nem működik. Az előző üzemeltető korábban ígéretet tett annak megjavítására, azonban az nem történt meg.

A készülék által végzett nátrium és kálium ionmérés a kardiológiai szakrendelés teljes körű és kontrollvizsgálataihoz, valamint a háziorvosi laborvizsgálatokhoz elengedhetetlen, így a készülék pótlása sürgető feladattá vált.

Az intézmény 2025. április 2-án ajánlatot kért a Magyarországon forgalmazást és szervizelést végző cégtől, aki 2025. május 16-án megküldte véleményét, miszerint a meglévő készülék felújítása nem gazdaságos, és egyúttal ajánlatot tett egy új gép beszerzésére, valamint bérleti konstrukcióra is. A bérlet a 2 éves szerződéses kötelezettség vállalása mellett gyakorlatilag a vételárral megegyező költséget jelentene, így az pénzügyileg nem előnyös.

Jelenleg a készülék beszerzésére kizárólag két gyártó kínál lehetőséget, amelyek mindegyike külföldi székhelyű:

- Block Scientific Inc. (USA) – nem rendelkezik magyarországi képviselettel. A készülék ára a forgalmazó honlapja szerint 3.310 USD (kb. 1.165.379 Ft), amely nem tartalmazza a kb. 180.000 Ft szállítási és vámköltséget
- Medica Corporation (USA) – rendelkezik magyarországi képviselettel: PannonLog Invest Zrt., amely 2025. májusában 850.000 Ft + ÁFA (összesen 1.079.500 Ft) értékben adott ajánlatot az új EasyLyte Na/K ion mérő automatára.

A fentiek alapján a készülék elérhetősége korlátozott, hazai alternatíva nem áll rendelkezésre, három független árajánlat bekérése nem lehetséges, ennek okán javasolt a beszerzés egyedivé történő minősítése. Valamint a PannonLog Invest Zrt ajánlata alapján az eszközbeszerzés nem éri el a nettó 1 millió Ft értéket, így nem terjed ki rá a beszerzési szabályzat hatálya.

A készülék beszerzése a Versenyképes Járások pályázat keretében az összeghatár miatt nem került betervezésre, a 2025. évi költségvetésében pedig előirányzat nem áll rendelkezésre.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a járóbeteg szakellátás teljes körű szakmai működésének fenntartása érdekében elengedhetetlen az EasyLyte Na/K ion mérő automata beszerzése.

A Képviselő-testület a beszerzést egyedivé minősíti, tekintettel arra, hogy a termék műszaki-technikai sajátosságai miatt hazai forgalmazása korlátozott, és három árajánlat bekérése nem lehetséges, valamint jóváhagyja a készülék PannonLog Invest Zrt-től történő bruttó 1.079.500 Ft összegű beszerzését, amelynek fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.


A döntés átvezetése szükséges a soron következő költségvetési rendelet módosításakor.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2025. június 12.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Bojtos Tímea főkönyvi könyvelő
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Kovács Anita jegyző  Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
Az előterjesztést tárgyalta:	mindkét bizottság
Mellékletek:	1 db kérelem + mellékletei
Előterjesztéshez meghívott:	Kovalik Angéla intézményvezető
Meghívott önszerveződő csoport:	-
A döntésről kivonattal értesül:	Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Döntéshozatal:	egyszerű többség

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
5800 Mezőkovácsháza, Fáy A. u. 30-32.
tel.:06-68-381-616

ikt.szám: 112/2025

tárgy: kérelem

melléklet: 2 db

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
Képviselő – Testülete

MEZŐKOVÁCSHÁZA

Farkas Norbert
Polgármester Úr
részére

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	
MEZŐKOVÁCSHÁZA	
Dátum: 2025 JÜN. 11	
11/343-8/2025	Ügyiratszám
Előszám:	Előadó: Bojtos

Tisztelt Képviselő-Testület, Tisztelt Polgármester Úr!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Járóbeteg Szakellátó Intézményvezetőjeként az alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő – Testülethez.

A Járóbeteg Szakellátás átvételét megelőző munkafolyamatok során ismertté vált előttünk, hogy a Laborban található EasyLyte Na/K ion mérő automata nem működik, melynek megjavítására az akkori üzemeltetőtől ígéretet kaptunk. Az átvételkor szembesültünk azzal, hogy ez nem történt meg.

Az EasyLyte Na/K ion mérő automata által végzett vizsgálatok eredményei azonban fontos elemei mind kardiológiai teljes körű és kontroll vizsgálatoknak, valamint a háziorvosi labor vizsgálatoknak.

A fentiekre tekintettel 2025. április 2-án a gép működő képességének helyreállítására ajánlatot kértünk az egyetlen Magyarországi forgalmazást és szervizelést végző cégtől. 2025. május 16-án megadta véleményét, hogy a felújítás olyan drága lenne, hogy az nem gazdaságos, és ezzel egyidőben ajánlatot tett egy új gép beszerzésére, valamint 2 éves szerződési kötelezettség mellett bérletre is. A bérlet a 2 éves kötelezettség mellett nem jelent pénzügyileg előnyt, tekintettel arra, hogy ez idő alatt gyakorlatilag majdnem a vételár kerülne megfizetésre.

Az EasyLyte Na/K ion analizátor laborgép elérhetősége korlátozott, jelenleg 2 cégnél érhető el, a laborkészülék beszerzéséhez nem áll módomban 3 ajánlat beszerzése, így kérem a beszerzés **egyedivé történő minősítését.**

Mindkét gyártó/forgalmazó külföldi székhelyű, az egyik a Block Scientific, a másik a Medica Corporation.

A Block Scientific székhelye az Egyesült Államok, Magyarországi képviselettel nem rendelkezik. Honlapjukon a mai napon történő állapot szerint a laborgép korlátozottan elérhető, 3.310,83 USD összegben, (a Magyar Nemzeti Bank 2025. június 11-i hivatalos devizaárfolyama alapján 1 USD = 351,99 Ft) átszámolva 1.165.379 Ft, mely összeg nem tartalmazza a közel 180.000,- forintos szállítási költséget, vámkezelést.

Erőselet: 2025 JÜN. 11
Erőselet: 2025 JÜN. 11
11-6025/2025

A Medica Corporation székhelye szintén az Egyesült Államok, de Magyarországi képviselője a PannonLog Invest Zrt, aki ajánlatában a laborgép 850.000,- +27% áfa , azaz 1.079.500,- Ft összegben szerepel.

A laborgép beszerzése elengedhetetlen a teljes körű labor vizsgálatokhoz, a Versenyképes Járások pályázat keretei között az összeghatár miatt nem került a beszerzendő eszközök közé, az intézményünk költségvetésében előirányzat nem szerepel a beszerzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testület szíveskedjen hozzájárulni a beszerzés egyedivé történő minősítéséhez, az eszköz PannonLog Invest Zrt-től történő beszerzéséhez és kérem szíveskedjenek biztosítani a beszerzéshez szükséges fedezetet.

Mezőkovácsháza, 2025. június 11.



Köszönettel:


Kovalik Angéla
intézményvezető



Mezőkovácsháza Járóbeteg-Szakellátás <jarobeteg.mezokovacshaza@gmail.com>

Árajánlat kérő

3 üzenet

Mezőkovácsháza Járóbeteg-Szakellátás <jarobeteg.mezokovacshaza@gmail.com>

2025. április 2.
16:42

Címzett: info@pdkft.hu

Tisztelt Cím!

Laboros kolléganőnkkel történt telefonos egyeztetésükre hivatkozva, ezúton szeretnénk árajánlatot Önöktől az EasyLight ionvizsgáló készülék javítására, valamint a megbeszéltek szerint a mérésekhez szükséges reagensre és kalibrátorra.

Hiba: "bekapcsol, de nem mér".

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Vis Medica Kft., mint szolgáltató megszűnt működni, viszont a Járóbeteg Szakellátás Önkormányzati fenntartás alatt változatlanul megy tovább.

Az új számlázási címünk: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
5800 Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.

Adószám: 16656095-2-04

A szállítási cím továbbra is az 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. marad.

Köszönettel: Kovalik Angéla intézmény vezető

Hara Ildikó <haraildiko@pannonlog.eu>

2025. május 16. 12:59

Címzett: Mezőkovácsháza Járóbeteg-Szakellátás <jarobeteg.mezokovacshaza@gmail.com>

Tisztelt Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ!

Telefonon történt beszélgetésünkre hivatkozva ezúton küldöm Önöknek a PannonLog Invest Zrt. ajánlatát egy Demo MEDICA Ionmérő készülékre (Na/K). A szerviz állásfoglalása szerint a régi készülék megjavítása olyan drága lenne, hogy nem éri meg a javítást.

Amennyiben további kérésük, kérdésük van, készséggel állunk rendelkezésükre.

Üdvözléssel:

PannonLog Invest Zrt.

Hara Ildikó

kereskedelmi asszisztens
haraildiko@pannonlog.eu

+36 70 3850071

www.pannonlog.eu

1132 Budapest, Kós Károly tér 8.

[Az idézett szöveg el van rejtve]

2 melléklet

KA-009_2025 Mezőkovácsháza EasyLyte.pdf
30K

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

Budapest, 2025.05.16.

Tárgy: KA-009/2025 sz. ajánlat

Mezőkovácsháza,
Fáy u 30-32.
5800

Tisztelt Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ!

Ezúton adunk ajánlatot, egy MEDICA EASY LYTE Ion mérő automatára és a hozzá tartozó reagensekre vonatkozólag:

Készülék megvásárlása esetén

1db EasyLyte Na/K Ion mérő automata (DEMO) Gyártó: MEDICA Corporation	850.000.-+27%ÁFA
--	------------------

Készülék bérbeadása esetén (2 éves szerződés esetén)

1db EasyLyte Na/K Ion mérő automata (DEMO) Gyártó: MEDICA Corporation Bérleti díja	50.000.- Ft+27%ÁFA/hó
--	-----------------------

Reagens árak

Megnevezés	Cikkszám	Kiszerezés	Egységár Ft	ÁFA
Reagenskészlet Na/K	2120	800ml	83 056	5%
Napi mosófolyadék	2118	1x90ml	24 640	5%
Bi-Level quality control kit	2814	10ml	22 686	5%


Szállítás: raktárról, raktárhiány esetén 3-4 hét

Fizetés: átutalással 30 napon belül

A megadott nettó árak 2025. július 31.-ig érvényesek.

Reméljük ajánlatunk elnyerte tetszését. Amennyiben további kérése, kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére.

Megrendelésüket várva,
Üdvözlettel:


Hara Ildikó
kereskedelmi asszisztens
PannonLog Invest Zrt.

PannonLog Invest Zrt.


1192 Budapest, Kós Károly tér 8.

Adószám: 14381904-2-43

Bank: 10918001-00000128-85590008



Minden termék / Medica EasyLyte Na/K analizátor



o

Medica EasyLyte Na/K analizátor

Raktáron

3 310,83 USD

- 1 +

Kosárba

Vásároljon most

- ✓ Kérje árajánlatát 90 percen belül.
- ✓ Cserélje le régebbi analizátorait a költségvetésének megspórolása érdekében.
- ✓ Csomagolja össze a berendezéseket, reagenseket és fogyóeszközöket egyetlen költségtakarékos rendelésbe.
- ✓ Bízza helyi szerviztechnikusunkat a magas üzemidő fenntartása érdekében.
- ✓ Csökkentse a tesztenkénti költséget.

Termékkód: 2001-N

Gyártó: Medica

Szállítási súly: 9,98 kg (22,00 font)



MIÉRT VÁLASSZA A BLOCK SCIENTIFIC-ET?

Tudja meg, miért 2 percben.

Block Scientific
Eszközök, reagensek
és fogyóeszközök
összesítése egyetlen
rendelésben



Medica EasyLyte Na/K analizátor

Készítette: Ügyfélút mesterséges intelligencia

A Medica EasyLyte analízátorai teljesen automatizált, mikroprocesszorral vezérelt elektrolit rendszerek, amelyek a jelenlegi ISE (ionszelektív elektróda) technológiát használják az elektrolitmérésekhez. Az EasyLyte Na/K analízátor a nátrium és kálium különböző kombinációit méri teljes vérben, szérumban, plazmában vagy vizeletben.

Az EasyLyte analízátorok egyetlen gazdaságos kialakításban egyesítik az egyszerű, igen/nem válaszúzenetekkel járó működtetést, az egyszerű karbantartást és a megbízhatóságot.

Kizárólag amerikai ügyfeleknek eladó



Jellemzők

- **Kiterjedt minőségellenőrzés és betegadatok tárolása :** A minőségellenőrzési adatok kényelmes elérése és tárolása. A betegek kórtörténete azonnal hozzáférhető az újbóli értékeléshez.
- **Moduláris kialakítás :** Rendkívül könnyen karbantartható és javítható, minimalizálva az analízátor állásidejét.
- **Automatizált mintavétel :** Az opcionális EasySampler automatizált kötegelt mintavételt biztosít szérumból, plazmából vagy hígított vizeletből az EasyLyte Na/K elektrolit analízátorokkal.
- **Moduláris megoldáscsomag :** A hulladékkezelés megszűnik, minimalizálva a biológiailag veszélyes anyagokkal való érintkezést. A 800 ml-es reagenscsomag további költséghatékonyságot biztosít, csomagonként akár 1330 teszt elvégzésére is elegendő.
- **Automatikus szondatorlás :** A betegmintával való érintkezés minimálisra csökken, így csökken a biológiailag veszélyes anyagoknak való kitettség. Csökken a szonda elzáródásának gyakorisága, és csökken a leállási idő.

Specifikációk

Minta	Teljes vér, szérum, plazma vagy vizelet
Minta mérete	100 ml teljes vér, szérum vagy plazma, 60 ml kapilláris minta, 400 ml hígított (1:10) vizelet

Kérjük, olvassa el a használati utasítást a készülék használatához. A készülék használatához szükséges a megfelelő képzés.



Érzékelési tartomány	Vér: Na+: 20-200 mmol/l, K+: 0,2-40 mmol/l Vizelet: Na+: 25-1000 mmol/l (hígítatlan), K+: 1,0-500 mmol/l (hígítatlan)
Elemzési idő	60 mp (vér), 90 mp (vizelet)
Adattárolás	100 beteg eredménye, 20 normál minőségellenőrzési eredmény, 20 rendellenes minőségellenőrzési eredmény
Kalibráció	Automatikus vagy igény szerinti
Felbontás	Na+: 0,10 mmol/L, K+: 0,01 mmol/L
Reprodukálhatóság, tipikus futtatáson belül (n=20)	Vér, szérum, plazma: Na+: CV ≤ 1% (80-200 mmol/L), K+: CV ≤ 2% (1-10 mmol/L) Vizelet: Na+: CV ≤ 5% (80-200 mmol/L), K+: CV ≤ 5%/L (1-10 mmol)
Kimenet	16 karakteres alfanumerikus kijelző, 40 oszlopos nyomtató, soros port (RS-232), AutoSampler port
Környezeti feltételek	15-32 °C (60-90 °F), ≤85% páratartalom
Hatalom	100-115 VAC 50/60 Hz, 0,8 A vagy 220 VAC 50/60 Hz, 0,4 A (Gyári beállítás)
Méret és súly	24 cm széles x 42 cm magas x 20 cm mély, 5,8 kg

A Block Scientific elektrolit analízátorok széles választékát kínálja, amelyek ideálisak kórházakban és laboratóriumokban való használatra. Az általunk forgalmazott Medica EasyLyte Na/K analízátor egy teljesen automatizált, mikroprocesszor-vezérelt elektrolit analízátor.

Nátrium/kálium analízátor fejlett technológiával


Ez a nátrium/kálium analízátor kifejezetten a nátrium és kálium különböző kombinációinak mérésére szolgál teljes vérben, szérumban, plazmában vagy vizeletben. Az elektrolitmérésekhez a jelenlegi ISE (ionszelektív elektróda) technológiát alkalmazta. A moduláris EasySampler gyorsan csatlakozik az EasyLyte-hoz, javítva a laboratóriumi teljesítményt.

A Medica EasyLyte Na/K analízátor rendkívül könnyen karbantartható és javítható, így minimalizálja az állásidőt. A kalibrálás teljesen automatikus, az elektródák pedig karbantartásmentesek és hosszú élettartamúak.

- Igen/Nem kért művelet
- Egyszerű karbantartás
- Megbízhatóság egyetlen gazdaságos kialakításban
- Fejlett technológia
- Automatikus szondatorlás a kezelő biztonsága érdekében

Block Scientific
Laboratory Equipment
Analizátorok és Kiegészítők
Egyedüli Magyarországi
Kiválasztója






Kapcsolódó dokumentumok

 Easylyte brosúra


Kapcsolódó termékek



AVL 9180

Listaár: 4 372,50 USD

Részletek megtekintése



Medica EasyElectrolytes Na/K/Cl analízátor

Listaár: 4 970,57 USD


Részletek megtekintése

© 2025 Block Scientific, Inc.
Tous droits réservés.
Reproduction interdite sans
autorisation écrite de
Block Scientific, Inc.

Medica EasyElectrolytes Na/K/Li Analyzer

Kérjük, hívjon a részletekért


Részletek megtekintése



Medica EasyLyte EasySampler, automatikus mintavevő.

Listaár: 1 741,94 USD


Részletek megtekintése



Medica EasyLyte kibővített analízátor

Listaár: 4 037,60 USD

Részletek megtekintése



Medica EasyLyte Na/K/CL analízátor

Listaár: 3 659,80 USD

Részletek megtekintése

Medica EasyLyte Na/K/CL
analízátorok
analízátorok
analízátorok
analízátorok
analízátorok






Medica EasyLyte Na/K/Ca/pH analizátor

Listaár: **4 592,77 USD**

Részletek megtekintése



Medica EasyLyte Na/K/Li analizátor

Listaár: **4 007,32 USD**

Részletek megtekintése



Block Scientific, Inc.

Telefon: (631) 589-1118

E-mail: info@blockscientific.com

Termékek

Berendezések értékesítése

Szolgáltatások

Rólunk

Kapcsolat

Blog

Facebook

YouTube

LinkedIn

© 2025 Block Scientific, Inc.
Tous droits réservés. Toute réimpression
sans autorisation écrite de Block Scientific, Inc.
est strictement interdite.



Készítette: Ügyféltámogatás mesterséges intelligenciája





**Peripheral
Visions Inc**

*A weboldalon felsorolt összes védjegy az eredetiberendezés-gyártó tulajdonát
képezi.*

© 2001 Peripheral Visions Inc. Tervezte:

Medica EasyLyle Na K
Elektrolit analizátorok
Ez a dokumentum a
Medica EasyLyle Na K
analizátorokhoz tartozik.

Készítette: Ügyfélút mesterséges intelligencia

